indusbello bambini

Autoclavable hasta 135° C

Línea Odontológica

Favor verificar las Instrucciones de uso

No Estéril

Manténgalo lejos de La luz del sol

Manténgalo Seco

Expandex

- *Producido en material transparente*
- *Ideal para fotografiar dientes anteriores*
- *Bordas redondeadas y sin rebabas*
- *Máximo confort y fotografías intraorales de calidad*

EXPANDEX: Estos productos son esterilizables y disponibles en color blanco y transparente, producidos en materiales muy flexibles que permiten un ajuste perfecto en la boca del paciente, destacando los dientes con facilidad.

INDICACIONES: Para apartamiento de los labios y mejilla en la fijación de brackets, profilaxis y fotografias intraorales anteriores.

INSTRUCCIONES DE USO: Humedezca los labios del paciente; flexione el EXPANDEX hasta que las dos extremidades se encuentren; encaje primer de un lado y después el otro en la boca del paciente. **Nota:** la alza del EXPANDEX debe quedarse para bajo.

LIMPIEZA: La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar los residuos a través de limpieza manual.

DESINFECCIÓN: Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez minutos.

ESTERILIZACIÓN: Deberá realizarse en autoclave a una temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para cada uso.

ACONDICIONAMIENTO: Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.

COMPOSICIÓN: Blanco - Poliacetal natural. Transparente - Policarbonato cristal.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes del uso. No permita que el producto toque las paredes interiores del autoclave.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto antes de cada uso y compre un nuevo caso pueda observar fatiga excesiva o presenten riesgo de quiebra.

Código	Descripción	Presentación	ANVISA
102042100608	Expandex Blanco	1 Unidad	I 80213420022
102042100607	Expandex Blanco	2 Unidades	I 80213420022
102042100604	Expandex Transparente	1 Unidad	I 80213420029
102042100603	Expandex Transparente	2 Unidades	I 80213420029

EC REP Obelis s.a
Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54 | Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail: mail@obelis.net

Indusbello Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.
CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 **+55 (43) 3378-8300**
R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná
Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397
Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645
Industria Brasileña

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES
/indusbello /indusbello /indusbello